



Nomor Formulir	POM-14.01/CFM.01/SOP.04/IK.31A.01
Tanggal Pembuatan	31 Januari 2022
Nomor/Tanggal Revisi	0
Nama Dokumen	Formulir Penetapan Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa

Penetapan Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa
Nomor: PL.02.03.12B.03.24.83

Nama Pengadaan : Pengadaan Jasa Pemeliharaan Alat Laboratorium Balai POM di Manokwari TA. 2024
Jenis Pengadaan : Jasa lainnya
Kode MAK : DR.6384.EBA.994.002B.523121 (RM)
Pagu Anggaran : Rp 202.500.000,-
Lokasi : Balai POM di Manokwari: Jln. Angkasa Mulyono, Amban, Manokwari, Papua Barat

Uraian Spesifikasi Teknis

No.	Nama Barang/Jasa	Rincian Spesifikasi Teknis				
		Mutu/Kualitas	Jumlah	Satuan	Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	Tingkat Layanan
1		Melakukan kegiatan pemeliharaan alat laboratorium Water distillation purifier berupa penggantian suku cadang : a. SB-12-01-0083 Sartorius Ex Germany Glasdisplay With PCB (Slider)	1	Unit	120 Hari Kalender	a. Include pemasangan, instalasi, uji fungsi, dan training sampai alat lab beroperasi dengan optimal yang dilaksanakan on site oleh teknisi dibuktikan dengan laporan instalasi, <i>service report</i> , dan/atau Berita Acara Uji Fungsi. b. Garansi suku cadang 2 (Dua) bulan, dilengkapi dengan sertifikat garansi dan diserahkan pada saat serah terima pekerjaan c. Dilengkapi dengan CV dan Bukti Pengalaman Kerja Teknisi yang akan mengerjakan kalibrasi.
		Penggantian Accessoris berupa: b. 5441307H4—CE Sartorius Ex Germany Sartopore 2 150 sterile final filter, pore size: 0,45 microm 0,2 microm, pack size: 1 piece	1	Unit		
		c. H2O-U-PACK Sartorius Ex Germany Universal Kit, for arium pro ultrapure water with tap water feed (include 1 pre-treatment and 1 polishing pack)	1	Unit		




Nomor Formulir	POM-14.01/CFM.01/SOP.04/IK.31A.01
Tanggal Pembuatan	31 Januari 2022
Nomor/Tanggal Revisi	0
Nama Dokumen	Formulir Penetapan Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa


	Jasa pemasangan dan pengecekan	1	Unit		d. Dilengkapi dengan surat keterangan PDN / Import
	Transportation and accommodation cost Transport PP Jakarta-Manokwari, Akomodasi 1 orang teknisi (3 Hari 2 malam) untuk bulan Juni 2024	1	Unit		e. Melakukan pemeriksaan/pengecekan ringan alat lab merk sartotech

Manokwari, 23 April 2024

Diusulkan oleh
Ketua Tim Fungsi Pengujian


Aan Sulistiawan, S.Farm, Apt., M.Sc
NIP. 19850411 201212 1 002

Ditetapkan oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen


Abraham Tangke Tasik, S.E
NIP. 19921230 201903 1 002

Menyetujui
Kuasa Pengguna Anggaran



Agustince Werimon, S.Farm., Apt
NIP. 19810821 200003 2 001